

Warszawa, dnia 18 lipca 2025 r.



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

DC-WCW.42.20.2025.KP.4

DECYZJA

Na podstawie art. 8h ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2025 r., numer 02/CGH/2025, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 22 kwietnia 2025 r., uzupełnionego pismem z dnia 11 czerwca 2025 r., bez numeru, wniesionego przez CGH Polska sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz,

PRZEDŁUŻAM

o kolejny okres dziesięcioletni, liczony od dnia 25 lipca 2025 r., okres ważności zatwierdzenia typu, udzielonego na podstawie decyzji Nr ZT 57/2015, z dnia 24 lipca 2015 r., zmienionej decyzją Nr ZZT 2/2017, z dnia 11 lipca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia typu zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m³ do 120 m³, podziemnych i naziemnych, posadowionych na stałe, zwanych dalej „zbiornikami”, produkowanych przez CGH Polska sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwaną dalej „Stroną”.

UZASADNIENIE

Strona wystąpiła z wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2025 r. o przedłużenie okresu ważności zatwierdzenia typu udzielonego na podstawie decyzji Nr ZT 57/2015, z dnia 24 lipca 2015 r., zmienionej decyzją Nr ZZT 2/2017, z dnia 11 lipca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia typu zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m³ do 120 m³, podziemnych i naziemnych, posadowionych na stałe, produkowanych przez Stronę, o kolejny okres dziesięcioletni.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885), zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy, podlegają prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu, legalizację pierwotną i legalizację ponowną.

Zgodnie z art. 8h ust. 1 ustawy — Prawo o miarach, okres ważności zatwierdzenia typu wynosi dziesięć lat, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Stosownie do treści art. 8h ust. 2 tej ustawy, okres ważności zatwierdzenia typu może być przedłużany o kolejne okresy dziesięcioletnie z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 8h ust. 4 ww. ustawy stanowiącym, że okres ważności nie może być przedłużony, jeżeli nastąpiła zmiana wymagań, a decyzja zatwierdzenia typu nie mogłaby być wydana na podstawie zmienionych przepisów.

W decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr ZT 57/2015, stwierdzono, że zbiorniki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094).

W decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr ZZT 2/2017, stwierdzono, że zatwierdzony typ zbiorników pomiarowych do cieczy, z uwzględnieniem zgłoszonej we wniosku modyfikacji, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094).

Obowiązujące wymagania, które muszą spełniać zbiorniki pomiarowe, określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1467), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Dla zbiorników pomiarowych do cieczy typu zatwierdzonego nastąpiła zmiana wymagań określonych w § 22 ust. 7 rozporządzenia.

Zgodnie z § 22 ust. 7 rozporządzenia, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1-6 przymiary wstępowe, sztywne i półsztywne stosowane do pomiaru wysokości napełnienia komory zbiornika powinny spełniać wymagania określone w części I Wymagania dla materialnych miar długości załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815).

Strona, do wniosku o przedłużenie okresu ważności zatwierdzenia typu, załączyła certyfikat zgodności Moduł F1 dla przymiarów sztywnych oznaczonych symbolem „Ł” noszących numery fabryczne od 173/24 do 188/24 oraz certyfikat zgodności Moduł F1 dla przymiarów wstępowych z obciążnikiem oznaczonych symbolem „RPC” noszących numery fabryczne od 14/17 do 18/17, co oznacza, że zostało spełnione wymaganie określone w § 22 ust. 7 rozporządzenia.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zbiorniki objęte decyzją Nr ZT 57/2015 zmienioną decyzją Nr ZZT 2/2017 spełniają obowiązujące wymagania, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1467), które jest aktualne w chwili orzekania, i możliwe jest przedłużenie o kolejny okres dziesięcioletni okresu ważności zatwierdzenia typu, udzielonego na podstawie decyzji Nr ZT 57/2015, z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia typu zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m³ do 120 m³, podziemnych i naziemnych, posadowionych na stałe, produkowanych przez CGH Polska sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 8h ust. 2 ustawy – Prawo o miarach, postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar ww. oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935 i 1685), stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Z upoważnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar

Rafał Kępka

Wiceprezes Głównego Urzędu Miar

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym¹

Otrzymują:

1. CGH Polska sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz,
2. GUM a/a.

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar - wszyscy.

¹ zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1725), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 i 1717) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.